



PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
tel.: 22 735 87 77
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Pruszków, 25.05.2021 r.

WSR.271.4.27A.2021 (143)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na: „Dostawa oraz montaż ośmiu defibrylatorów (fabrycznie nowych) zewnętrznych wolnostojących lub na budynku (w zależności od lokalizacji).

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.27A.2021

Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami

Pytanie nr 1:

W przesłanym pytaniu zaproponowane zostało **rozwiązanie uniwersalne, bezpieczne, odnoszące się do zastosowania akcesoriów, które pozwalają na przełączenie defibrylatora w tryb pediatryczny**. Jest to konieczne działanie, by zmienić podawaną energię oraz w razie potrzeby zmienić elektrody na inne, dostosowane do dzieci (u dzieci nakleja się je na klatce piersiowej i plecach – a nie na klatce piersiowej jak u dorosłego)

Stąd prośba o stosowanie zapisu, który w swojej formie mówi o tym, że defibrylator powinien mieć funkcję zapewniającą bezpieczną defibrylację dzieci od 1 do 8 roku życia.

Słowo „klucz” sugeruje, iż narzędziem stosowanym do przełączenia trybu jest urządzenie będące właśnie **kluczem** – co jest charakterystyczne tylko dla jednego urządzenia na rynku i całkowicie blokuje możliwość uczciwej konkurencji. Ponadto Zamawiający pisze o kluczu dla niemowląt – co nie występuje, ponieważ akcesoria pediatryczne nie są przeznaczone dla niemowląt czyli dzieci poniżej 12 miesiąca życia – a dla dzieci powyżej tego wieku.

Zwracamy się więc z ponowną prośbą o weryfikację zapisu, tak aby odpowiadał on zapisom ERC z 2010 roku, gdzie te i każde następne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego jasno mówią o defibrylacji dzieci od 1 roku w górę, bo nie ma badań na niemowlętach, u których do NZK dochodzi ekstremalnie rzadko. W skrócie – nie ma wytycznych, które w ogóle mówią o przeprowadzaniu tego zabiegu na niemowlętach. Dodatkowo te same wytyczne (zarówno ERC jak i AHA) zmienione w 2021 roku mówią o tym, że jak nie ma możliwości zastosowania redukcji energii (albo elektrod pediatrycznych) należy defibrylować dzieci energią dla dorosłych.

Zwracamy się więc ponownie o zmianę zapisu, ponieważ w obecnej formie uniemożliwia zastosowanie zasady uczciwej konkurencji, a ponadto sugeruje rozwiązanie, które jest niezgodne z oficjalnymi zaleceniami co do stosowania AED.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamiany klucza niemowlę/dziecko na przełącznik trybu pediatrycznego wyłącznie na zasadzie równoważności.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch